

Organismo accreditato  
Accredited body

**S.D.M. Measuring Instruments s.r.l.**

Via Palasciano, 29  
59100 PRATO (PO) – Italia  
[www.sdm-measuring.it](http://www.sdm-measuring.it)



DT0142T/011

Riferimento  
Contact

**Simone LANDUCCI**

Tel.: +39 0574 66 92 08  
E-mail: [simone.landucci@sdm-measuring.it](mailto:simone.landucci@sdm-measuring.it)

Tabella allegata al Certificato di  
Accreditamento  
Annex to the Accreditation Certificate

**142T Rev. 11**

**UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018**

**Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura**

Attività oggetto di accreditamento  
Accredited activities

**Lunghezza**

- **Anelli e tamponi filettati (SLN-01)**
- **Blocchetti pian paralleli (BPP) (SLN-02)**
- **Blocchetti pian paralleli (BPP) lunghi (SLN-03)**
- **Campioni di rugosità (SLN-10)**
- **Campioni diametrali (cilindrici lisci) (SLN-11)**
- **Strumenti manuali: calibri e micrometri (SLN-16)**
- **Strumenti manuali: comparatori e trasduttori (SLN-17)**
- **Macchine di misura unisassiali (SLN-19)**

Via Palasciano, 29  
59100 PRATO (PO)  
Italia

**A**

**Lunghezza**

- **Strumenti manuali: calibri e micrometri (SLN-16)**
- **Macchine di misura unisassiali (SLN-19)**

In esterno, presso Clienti

**EXT**

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

**ACCREDIA**

Dipartimento  
Laboratori di taratura

**SEDE LEGALE**

Via Guglielmo Saliceto, 7/9  
00161 Roma  
T +39 06 8440991  
F +39 06 8841199  
[accredia.it](http://accredia.it) / [info@accredia.it](mailto:info@accredia.it)  
C.F. / P. IVA 10566361001

**SEDE OPERATIVA**

Strada delle Cacce, 91  
10135 Torino  
T +39 011 328461  
F +39 011 3284630  
[segreteriaadt@accredia.it](mailto:segreteriaadt@accredia.it)

**SEDE AMMINISTRATIVA**

Via Tonale, 26  
20125 Milano  
T +39 02 2100961  
F +39 02 21009637  
[milano@accredia.it](mailto:milano@accredia.it)

Settore / Calibration field		(SLN-01) <b>Anelli e tamponi filettati</b>				
Strumento Instrument	Misurando <sup>(1)</sup> Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Campioni diametrali cilindrici filettati	Diametro medio interno	Passo filettatura da 0,25 mm a 3,5 mm	da 3 mm a 65 mm	2,0 µm	EURAMET cg-10 ver.2.1 (12/2012)	A
		Passo filettatura da 0,6 mm a 6,0 mm	da 65 mm a 120 mm	2,0 µm		
	Diametro medio esterno	Passo filettatura da 0,25 mm a 0,3 mm	da 1 mm a 120 mm	2,3 µm		
		Passo filettatura da 0,3 mm a 6,0 mm	da 1 mm a 120 mm	2,0 µm		

<sup>1</sup> Diametro medio calcolato dal diametro misurato assumendo i valori nominali del passo e dell'angolo della filettatura (simple pitch diameter rif. EURAMET cg-10 ver. 2.1).

(Continua) Area metrologica "Lunghezza"

Settore / Calibration field (SLN-02) <b>Blocchetti pian paralleli (BPP)</b>							
Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(2)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
				$U_1$	$U_2$		
Blocchetti pian paralleli Acciaio, Ceramica	Scostamento al centro a 20°C	Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,03 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$	da 0,5 mm a 100 mm	0,09 $\mu\text{m}$	$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$	UNI 8928:1987	A
		Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,1 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$		0,11 $\mu\text{m}$	$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,2 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$		0,15 $\mu\text{m}$	$0,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,2 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,4) \text{ }^\circ\text{C}$		0,28 $\mu\text{m}$			
		Con campioni di lavoro Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$		0,12 $\mu\text{m}$	$0,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
	Variazione di lunghezza	n.a.	da 0,5 mm a 100 mm	0,06 $\mu\text{m}$			
	Planarità	n.a.		0,14 $\mu\text{m}$			
Blocchetti pian paralleli per micrometri Acciaio, Ceramica	Scostamento al centro a 20°C	n.a.	da 0,5 mm a 100 mm	0,12 $\mu\text{m}$	$0,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$		

(continua)

<sup>2</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Blocchetti pian paralleli (BPP)" (SLN-02)

Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(3)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
				$U_1$	$U_2$		
<i>(continua)</i>							
Blocchetti pian paralleli Carburo di tungsteno	Scostamento al centro a 20°C	Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,03 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$	da 0,5 mm a 100 mm	0,09 $\mu\text{m}$	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$	UNI 8928:1987	A
		Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,1 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$		0,11 $\mu\text{m}$	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,2 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$		0,15 $\mu\text{m}$	$1,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		Con campioni di riferimento Errore di ritorno $\leq 0,2 \mu\text{m}$ Temperatura: $(20,0 \pm 0,4) \text{ }^\circ\text{C}$		0,45 $\mu\text{m}$			
		Con campioni di lavoro Temperatura: $(20,0 \pm 0,2) \text{ }^\circ\text{C}$		0,12 $\mu\text{m}$	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
	Variazione di lunghezza	n.a.	da 0,5 mm a 100 mm	0,06 $\mu\text{m}$			
Planarità	n.a.		0,14 $\mu\text{m}$				
Campioni dimensionali che materializzano la distanza Blocchetti pian paralleli Aste di riscontro Campioni di spessore Tamponi piatti	Lunghezza	n.a.	da 0,5 mm a 100 mm	0,46 $\mu\text{m}$		Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	
Campioni di spessore	Spessore	n.a.	da 0,01 mm a 2 mm	0,5 $\mu\text{m}$			

<sup>3</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza"

Settore / Calibration field (SLN-03) <b>Blocchetti pian paralleli (BPP) lunghi</b>							
Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(4)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
				$U_1$	$U_2$		
Campioni dimensionali che materializzano la distanza Blocchetti pian paralleli Aste di riscontro Campioni di spessore Tamponi piatti	Lunghezza	n.a.	da 100 mm a 650 mm	0,42 $\mu\text{m}$	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A

Settore / Calibration field (SLN-10) <b>Campioni di rugosità</b>							
Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(5)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
Campioni a solco e a gradino Campioni di rugosità Conformi a UNI EN ISO 5436-1:2001	$d$	n.a.	da 0,2 $\mu\text{m}$ a 500 $\mu\text{m}$	$0,03 \cdot d$	10 nm	Metodo interno. Taratura eseguita tramite profilometro a stilo	A
	$Ra$		da 0,02 $\mu\text{m}$ a 500 $\mu\text{m}$	$0,05 \cdot Ra$	10 nm		
	$Rz$		da 0,05 $\mu\text{m}$ a 1000 $\mu\text{m}$	$0,08 \cdot Rz$	20 nm		
	$RSm$		da 10 $\mu\text{m}$ a 1000 $\mu\text{m}$	$0,02 \cdot RSm$	0,5 $\mu\text{m}$		

<sup>4</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

<sup>5</sup> I valori assoluti riportati rappresentano il valore minimo che può assumere l'incertezza estesa.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza"

Settore / Calibration field (SLN-11) <b>Campioni diametrali (cilindrici lisci)</b>						
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza Uncertainty	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
Cilindri interni	Diametro interno	Temperatura: (20,0 ± 0,5) °C	da 1,5 mm a 100 mm	0,7 µm	EURAMET cg-06 ver. 2.0 (03/2011)	A
			da 100 mm a 140 mm	0,8 µm		
			da 140 mm a 180 mm	0,9 µm		
			da 180 mm a 220 mm	1,0 µm		
			da 220 mm a 250 mm	1,1 µm		
Forcelle	Diametro interno	Temperatura: (20,0 ± 0,5) °C	da 5 mm a 100 mm	0,7 µm	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	
			da 100 mm a 140 mm	0,8 µm		
			da 140 mm a 180 mm	0,9 µm		
			da 180 mm a 220 mm	1,0 µm		
			da 220 mm a 250 mm	1,1 µm		
Cilindri esterni	Acciaio	Temperatura: (20,0 ± 0,5) °C	fino a 100 mm	0,52 µm	EURAMET cg-06 ver. 2.0 (03/2011)	
	Ceramica		fino a 1 mm	0,73 µm		
			da 1 mm a 10 mm	0,50 µm		
			da 10 mm a 100 mm	0,57 µm		
	Carburo di tungsteno		fino a 1 mm	0,86 µm		
			da 1 mm a 10 mm	0,50 µm		
			da 10 mm a 100 mm	0,57 µm		

(continua)

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Campioni diametrali (cilindrici lisci)" (SLN-11)

Strumento <i>Instrument</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <i>Uncertainty</i>	Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
<i>(continua)</i>							
Sfere esterne	Acciaio	Diametro esterno	Temperatura: (20,0 ± 0,5) °C	fino a 100 mm	0,52 µm	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico)	A
	Ceramica			fino a 1 mm	0,73 µm		
				da 1 mm a 10 mm	0,50 µm		
	Carburo di tungsteno			da 10 mm a 100 mm	0,57 µm		
				fino a 1 mm	0,86 µm		
				da 1 mm a 10 mm	0,50 µm		
			da 10 mm a 100 mm	0,57 µm			

(Continua) Area metrologica "Lunghezza"

I valori di incertezza estesa riportati nelle seguenti tabelle sono relativi ad un fattore di copertura  $k$  pari a 2 e fanno riferimento alla taratura di uno strumento ideale, senza considerare i contributi di ripetibilità dello strumento stesso: questi saranno calcolati, di volta in volta, nella valutazione della incertezza da associare ai risultati della taratura. Fanno eccezione i casi indicati con il simbolo ( $\diamond$ ), per i quali i valori di incertezza estesa sono relativi ad un fattore di copertura  $k$  pari a 1,65: il fattore di copertura effettivo sarà calcolato, di volta in volta, sulla base dei risultati sperimentali sulla ripetibilità dello strumento in taratura.

Settore / Calibration field		(SLN-16) Strumenti manuali: calibri e micrometri							
Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>		Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(6)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
					$U_1$	$U_2$			
Calibri per la misurazione di profondità	Analogici	1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura: (20,0 $\pm$ 0,5) °C Senza compensazione della temperatura	fino a 1000 mm	0,6 $\mu\text{m}$	$3,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$	UNI EN ISO 13385-2:2020	A, EXT
		5 $\mu\text{m}$				1,5 $\mu\text{m}$	$2,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		10 $\mu\text{m}$				3 $\mu\text{m}$	$1,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		20 $\mu\text{m}$				7 $\mu\text{m}$			
		50 $\mu\text{m}$				13 $\mu\text{m}$			
		100 $\mu\text{m}$				25 $\mu\text{m}$			
	Digitali	1 $\mu\text{m}$			0,7 $\mu\text{m}$	$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		5 $\mu\text{m}$			3 $\mu\text{m}$	$1,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		10 $\mu\text{m}$			7 $\mu\text{m}$				
		20 $\mu\text{m}$			10 $\mu\text{m}$				
		50 $\mu\text{m}$			25 $\mu\text{m}$				
		100 $\mu\text{m}$			50 $\mu\text{m}$				

(continua)

<sup>6</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.



(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>			Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(7)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
						$U_1$	$U_2$		
Calibri a corsoio a orologio	Analogici	10 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Per tarature in esterno: temperatura ambiente ( $20 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	5 $\mu\text{m}$		UNI EN ISO 13385-1:2019	A, EXT
		20 $\mu\text{m}$				7 $\mu\text{m}$			
		50 $\mu\text{m}$				13 $\mu\text{m}$			
		100 $\mu\text{m}$				25 $\mu\text{m}$			
		10 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20 \pm 5$ ) °C	fino a 1000 mm	3 $\mu\text{m}$	$27 \cdot 10^{-6} \cdot L$		EXT
		20 $\mu\text{m}$				6 $\mu\text{m}$	$25 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		50 $\mu\text{m}$				15 $\mu\text{m}$	$18 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		100 $\mu\text{m}$				30 $\mu\text{m}$	$12 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
Calibri a corsoio a nonio	Analogici	20 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20,0 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	10 $\mu\text{m}$		UNI EN ISO 13385-1:2019	A
		50 $\mu\text{m}$				25 $\mu\text{m}$			
		100 $\mu\text{m}$				50 $\mu\text{m}$			
		20 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20,0 \pm 0,5$ ) °C	fino a 625 mm	10 $\mu\text{m}$		EXT	
		50 $\mu\text{m}$				25 $\mu\text{m}$			
		100 $\mu\text{m}$				50 $\mu\text{m}$			
		20 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20 \pm 5$ ) °C	fino a 625 mm	12 $\mu\text{m}$	$20 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		50 $\mu\text{m}$				30 $\mu\text{m}$	$12 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
100 $\mu\text{m}$	65 $\mu\text{m}$								

(continua)

<sup>7</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(8)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
				$U_1$	$U_2$			
Calibri a corsoio	Digitali	Lunghezza	fino a 1000 mm	Temperatura ambiente (20,0 ± 0,5) °C	5 µm		UNI EN ISO 13385-1:2019	A
					7 µm			
					10 µm			
					25 µm			
					50 µm			
			fino a 625 mm	Temperatura ambiente: (20,0 ± 0,5) °C	5 µm			
					7 µm			
					10 µm			
					25 µm			
					50 µm			
			fino a 625 mm	Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C	3 µm	$27 \cdot 10^{-6} \cdot L$	EXT	
					6 µm	$25 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					13 µm	$20 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					30 µm	$12 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					65 µm			

<sup>8</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>			Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(9)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
						$U_1$	$U_2$		
Alesametri	Analogici	0,1 μm	Lunghezza	Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C Corse: da 2 mm	fino a 100 mm	0,4 μm		Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A
		0,5 μm				0,4 μm			
		1 μm				0,42 μm			
		2 μm				0,48 μm			
		5 μm				0,7 μm			
		10 μm				1 μm			
		100 μm				10 μm			
	Digitali	0,1 μm	Lunghezza	Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C Corse: da 2 mm	fino a 100 mm	0,4 μm		Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	
		0,5 μm				0,5 μm			
		1 μm				0,7 μm			
		2 μm				1,2 μm			
		5 μm				2,5 μm			
		10 μm				5 μm			
Micrometri ad aste componibili per la misurazione di interni		1 μm	Lunghezza	Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C	da 50 mm a 100 mm	0,85 μm		Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	
					da 100 mm a 150 mm	0,95 μm			

<sup>9</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>			Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <b>(10)</b> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
						$U_1$	$U_2$		
Micrometri per la misurazione di profondità	Analogici	1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente: (20 $\pm$ 5) °C	fino a 1000 mm	0,5 $\mu\text{m}$	$3,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A
		5 $\mu\text{m}$				0,8 $\mu\text{m}$	$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		10 $\mu\text{m}$				1,3 $\mu\text{m}$	$2,9 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		20 $\mu\text{m}$				2,4 $\mu\text{m}$	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		50 $\mu\text{m}$				7 $\mu\text{m}$			
		100 $\mu\text{m}$				13 $\mu\text{m}$			
	Digitali	1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente: (20 $\pm$ 5) °C	fino a 1000 mm	0,8 $\mu\text{m}$	$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	
		5 $\mu\text{m}$				3 $\mu\text{m}$	$2 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		10 $\mu\text{m}$				7 $\mu\text{m}$			
		20 $\mu\text{m}$				10 $\mu\text{m}$			
		50 $\mu\text{m}$				25 $\mu\text{m}$			
		100 $\mu\text{m}$				50 $\mu\text{m}$			
Micrometri a due punti per la misurazione di interni	Analogici	1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente: (20 $\pm$ 5) °C	fino a 150 mm	0,3 $\mu\text{m}$	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$	UNI EN ISO 3611:2010	
		2 $\mu\text{m}$				0,36 $\mu\text{m}$	$2,0 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		5 $\mu\text{m}$				0,64 $\mu\text{m}$	$1,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		10 $\mu\text{m}$				1,3 $\mu\text{m}$			
	Digitali	0,1 $\mu\text{m}$			fino a 150 mm	0,28 $\mu\text{m}$	$2,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		1 $\mu\text{m}$				0,64 $\mu\text{m}$	$1,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		10 $\mu\text{m}$				5 $\mu\text{m}$			

(continua)

**10** L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <b>(11)</b> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
				$U_1$	$U_2$			
<i>(continua)</i>								
Micrometri a due punti per la misurazione di interni	Analogici	Lunghezza	Temperatura ambiente (20 ± 5) °C	fino a 150 mm	0,3 µm	2,2·10 <sup>-6</sup> ·L	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	EXT
					0,36 µm	2,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,64 µm	1,3·10 <sup>-6</sup> ·L		
					1,3 µm			
	Digitali			0,1 µm	0,28 µm	29·10 <sup>-6</sup> ·L		
				1 µm	0,64 µm	26·10 <sup>-6</sup> ·L		
10 µm	5,8 µm	10·10 <sup>-6</sup> ·L						
Micrometri a tre punti per la misurazione di interni	Analogici	Lunghezza	Temperatura ambiente (20,0 ± 0,5) °C	fino a 150 mm	0,82 µm	1,3·10 <sup>-6</sup> ·L	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A
					0,85 µm	1,3·10 <sup>-6</sup> ·L		
					1,0 µm	1,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					1,5 µm			
	Digitali			0,1 µm	0,8 µm	1,3·10 <sup>-6</sup> ·L		
				1 µm	1,0 µm	1,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
10 µm	5 µm							

**11** L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>			Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(12)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
						$U_1$	$U_2$		
Misuratori di altezze	Analogici	1 µm	Lunghezza	Temperatura ambiente (20 ± 0,5) °C	fino a 1000 mm	0,5 µm	3·10 <sup>-6</sup> ·L	UNI EN ISO 13225:2012	A
		5 µm				1,7 µm	2·10 <sup>-6</sup> ·L		
		10 µm				3 µm	1,4·10 <sup>-6</sup> ·L		
		20 µm				7 µm			
		50 µm				13 µm			
		100 µm				25 µm			
	Analogici	1 µm		Temperatura ambiente (20 ± 0,5) °C	fino a 1000 mm	0,5 µm	3,3·10 <sup>-6</sup> ·L	UNI EN ISO 13225:2012	EXT
		5 µm				1,5 µm	2,6·10 <sup>-6</sup> ·L		
		10 µm				3 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L		
		20 µm				7 µm			
		50 µm				13 µm			
		100 µm				25 µm			
	Analogici	1 µm		Temperatura ambiente (20 ± 5) °C	fino a 1000 mm	0,5 µm	30·10 <sup>-6</sup> ·L	UNI EN ISO 13225:2012	EXT
		5 µm				1,5 µm	30·10 <sup>-6</sup> ·L		
		10 µm				3 µm	28·10 <sup>-6</sup> ·L		
		20 µm				6 µm	25·10 <sup>-6</sup> ·L		
		50 µm				15 µm	19·10 <sup>-6</sup> ·L		
		100 µm				29 µm	13·10 <sup>-6</sup> ·L		

(continua)

<sup>12</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(13)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
				<i>U<sub>1</sub></i>	<i>U<sub>2</sub></i>		
Misuratori di altezze	Digitali	Temperatura ambiente (20 ± 0,5) °C	fino a 1000 mm	0,4 µm	2,3·10 <sup>-6</sup> ·L	UNI EN ISO 13225:2012	A
				0,7 µm	1,3·10 <sup>-6</sup> ·L		
				3 µm	1,3·10 <sup>-6</sup> ·L		
				7 µm			
				10 µm			
				25 µm			
				50 µm			
				100 µm			
	Digitali	Temperatura ambiente (20 ± 0,5) °C	fino a 1000 mm	0,4 µm	3,4·10 <sup>-6</sup> ·L	UNI EN ISO 13225:2012	EXT
				0,7 µm	3,2·10 <sup>-6</sup> ·L		
				3 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L		
				7 µm			
				10 µm			
				25 µm			
				50 µm			
				100 µm			
	Digitali	Temperatura ambiente (20 ± 5) °C	fino a 1000 mm	0,4 µm	30·10 <sup>-6</sup> ·L		
				0,7 µm	30·10 <sup>-6</sup> ·L		
				3 µm	28·10 <sup>-6</sup> ·L		
				6 µm	25·10 <sup>-6</sup> ·L		
				12 µm	20·10 <sup>-6</sup> ·L		

(continua)

**13** L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(14)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>		
				$U_1$	$U_2$				
<i>(continua)</i>									
Misuratori di altezze	Digitali	50 $\mu\text{m}$ 100 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente (20 $\pm$ 5) °C	fino a 1000 mm	29 $\mu\text{m}$ 65 $\mu\text{m}$	13·10 <sup>-6</sup> ·L	UNI EN ISO 13225:2012	EXT
Micrometri per la misurazione di esterni Comparatori a bracci Comparatori con sistema di battuta fisso Spessimetri a forcina con comparatore	Analogici	1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Per tarature in esterno: temperatura ambiente (20,0 $\pm$ 0,5) °C	fino a 1000 mm	0,3 $\mu\text{m}$	5·10 <sup>-6</sup> ·L	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A
		2 $\mu\text{m}$				0,35 $\mu\text{m}$	5·10 <sup>-6</sup> ·L		
		5 $\mu\text{m}$				0,6 $\mu\text{m}$	4·10 <sup>-6</sup> ·L		
		10 $\mu\text{m}$				1,2 $\mu\text{m}$	3,4·10 <sup>-6</sup> ·L		
	Analogici	1 $\mu\text{m}$			fino a 625 mm	0,3 $\mu\text{m}$	5·10 <sup>-6</sup> ·L		EXT
		2 $\mu\text{m}$				0,35 $\mu\text{m}$	5·10 <sup>-6</sup> ·L		
		5 $\mu\text{m}$				0,6 $\mu\text{m}$	4·10 <sup>-6</sup> ·L		
		10 $\mu\text{m}$				1,2 $\mu\text{m}$	3,4·10 <sup>-6</sup> ·L		
	Digitali	0,1 $\mu\text{m}$			fino a 1000 mm	0,3 $\mu\text{m}$	5·10 <sup>-6</sup> ·L		A, EXT
		1 $\mu\text{m}$				0,6 $\mu\text{m}$	4,5·10 <sup>-6</sup> ·L		
		10 $\mu\text{m}$				5,8 $\mu\text{m}$	1·10 <sup>-6</sup> ·L		
	Analogici	1 $\mu\text{m}$			fino a 625 mm	0,3 $\mu\text{m}$	30·10 <sup>-6</sup> ·L		EXT
		2 $\mu\text{m}$				0,35 $\mu\text{m}$	30·10 <sup>-6</sup> ·L		
		5 $\mu\text{m}$				0,6 $\mu\text{m}$	30·10 <sup>-6</sup> ·L		
10 $\mu\text{m}$		1,2 $\mu\text{m}$	30·10 <sup>-6</sup> ·L						
Digitali	0,1 $\mu\text{m}$	fino a 625 mm	0,3 $\mu\text{m}$	30·10 <sup>-6</sup> ·L					
	1 $\mu\text{m}$		0,6 $\mu\text{m}$	30·10 <sup>-6</sup> ·L					
	10 $\mu\text{m}$		6 $\mu\text{m}$	22·10 <sup>-6</sup> ·L					

<sup>14</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.



(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: calibri e micrometri" (SLN-16)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>			Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(15)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
						$U_1$	$U_2$			
Comparatori a braccio per interni	Analogici	1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	n.a.	fino a 150 mm	0,30 $\mu\text{m}$	$2,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A	
		2 $\mu\text{m}$				0,36 $\mu\text{m}$	$2,0 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		5 $\mu\text{m}$				0,64 $\mu\text{m}$	$1,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		10 $\mu\text{m}$				1,3 $\mu\text{m}$				
		1 $\mu\text{m}$				0,3 $\mu\text{m}$	$29 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		2 $\mu\text{m}$				0,36 $\mu\text{m}$	$28 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		5 $\mu\text{m}$				0,64 $\mu\text{m}$	$26 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		10 $\mu\text{m}$				1,2 $\mu\text{m}$	$24 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
	Digitali	0,1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	n.a.	fino a 150 mm	0,28 $\mu\text{m}$	$2,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A	
		1 $\mu\text{m}$				0,64 $\mu\text{m}$	$1,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		10 $\mu\text{m}$				5 $\mu\text{m}$				
		0,1 $\mu\text{m}$				0,28 $\mu\text{m}$	$29 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		1 $\mu\text{m}$				0,64 $\mu\text{m}$	$26 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		10 $\mu\text{m}$				5,8 $\mu\text{m}$	$10 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
Campioni di misura a facce piane parallele scorrevoli (tipo TAR-AL)	Digitali	0,1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20,0 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	0,3 $\mu\text{m}$	$3,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A	
		1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	0,7 $\mu\text{m}$	$2,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
	Digitali	0,1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	0,3 $\mu\text{m}$	$3,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$		Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	EXT
		1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	0,7 $\mu\text{m}$	$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		0,1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	0,3 $\mu\text{m}$	$30 \cdot 10^{-6} \cdot L$			
		1 $\mu\text{m}$	Lunghezza	Temperatura ambiente ( $20 \pm 0,5$ ) °C	fino a 1000 mm	0,7 $\mu\text{m}$	$30 \cdot 10^{-6} \cdot L$			

<sup>15</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza"

I valori di incertezza estesa riportati nelle seguenti tabelle sono relativi ad un fattore di copertura  $k$  pari a 2 e fanno riferimento alla taratura di uno strumento ideale, senza considerare i contributi di ripetibilità dello strumento stesso: questi saranno calcolati, di volta in volta, nella valutazione della incertezza da associare ai risultati della taratura. Fanno eccezione i casi indicati con il simbolo ( $\diamond$ ), per i quali i valori di incertezza estesa sono relativi ad un fattore di copertura  $k$  pari a 1,65: il fattore di copertura effettivo sarà calcolato, di volta in volta, sulla base dei risultati sperimentali sulla ripetibilità dello strumento in taratura.

Settore / Calibration field		(SLN-17) Strumenti manuali: comparatori e trasduttori						
Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>		Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(16)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>
					$U_1$	$U_2$		
Comparatori Trasduttori lineari	Analogici	0,1 $\mu\text{m}$	n.a.	fino a 100 mm	0,32 $\mu\text{m}$	$7,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$	UNI EN ISO 463:2006	A
		0,5 $\mu\text{m}$			0,32 $\mu\text{m}$	$7,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		1 $\mu\text{m}$			0,36 $\mu\text{m}$	$7,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		2 $\mu\text{m}$			0,4 $\mu\text{m}$	$7,0 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		5 $\mu\text{m}$			0,66 $\mu\text{m}$	$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		10 $\mu\text{m}$			1,2 $\mu\text{m}$	$3,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		100 $\mu\text{m}$			10 $\mu\text{m}$	( $\diamond$ )		
	Digitali	0,1 $\mu\text{m}$	n.a.	fino a 100 mm	0,32 $\mu\text{m}$	$7,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		0,5 $\mu\text{m}$			0,44 $\mu\text{m}$	$6,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		1 $\mu\text{m}$			0,66 $\mu\text{m}$	$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		2 $\mu\text{m}$			1,2 $\mu\text{m}$	$3,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		5 $\mu\text{m}$			3 $\mu\text{m}$	$1 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
		10 $\mu\text{m}$			5 $\mu\text{m}$	( $\diamond$ )		
		100 $\mu\text{m}$			50 $\mu\text{m}$	( $\diamond$ )		

(continua)

<sup>16</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: comparatori e trasduttori" (SLN-17)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(17)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
				<i>U<sub>1</sub></i>	<i>U<sub>2</sub></i>			
<i>(continua)</i>								
Comparatori a leva	Analogici	n.a.	fino a 2 mm	0,1 µm	0,38 µm		UNI EN ISO 463:2006  EN ISO 9493:2010	A
				0,5 µm	0,38 µm			
				1 µm	0,4 µm			
				2 µm	0,44 µm			
				5 µm	0,7 µm			
				10 µm	1 µm	(◇)		
	100 µm		10 µm	(◇)				
	Digitali		0,1 µm	0,38 µm				
			0,5 µm	0,48 µm				
			1 µm	0,7 µm				
			2 µm	1,2 µm				
			5 µm	2,5 µm	(◇)			
			10 µm	5 µm	(◇)			

*(continua)*

<sup>17</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: comparatori e trasduttori" (SLN-17)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <b>(18)</b> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
				$U_1$	$U_2$			
<i>(continua)</i>								
Testine micrometriche	Analogici	Lunghezza	Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C	fino a 100 mm	0,32 µm	$7,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A
					0,5 µm	$7,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					1 µm	$7,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					2 µm	$7,0 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					5 µm	$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					10 µm	$3,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					100 µm	( $\diamond$ )		
	Digitali		Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C	fino a 100 mm	0,32 µm	$7,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					0,5 µm	$6,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					1 µm	$5,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					2 µm	$3,8 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					5 µm	$1 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
					10 µm	( $\diamond$ )		
					100 µm	( $\diamond$ )		

*(continua)*

**18** L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Strumenti manuali: comparatori e trasduttori" (SLN-17)

Strumento/Tipo/Unità di formato <i>Instrument/Type/Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(19)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
				$U_1$	$U_2$			
Righe ottiche e trasduttori lineari per la misurazione di esterni	Analogici	Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C	fino a 600 mm	0,5 µm	4·10 <sup>-6</sup> ·L	Metodo interno. Taratura per confronto meccanico	A	
			da 600 mm a 1000 mm	3,4 µm				
			fino a 1000 mm	2 µm	2·10 <sup>-6</sup> ·L			
				3 µm	1,6·10 <sup>-6</sup> ·L			
				7 µm				
	13 µm							
	Digitali		Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C	fino a 600 mm	0,4 µm			4·10 <sup>-6</sup> ·L
				da 600 mm a 1000 mm	3,4 µm			
				fino a 600 mm	0,8 µm			3,4·10 <sup>-6</sup> ·L
				da 600 mm a 1000 mm	3,5 µm			
		fino a 1000 mm		2 µm	2·10 <sup>-6</sup> ·L			
				3 µm	1,6·10 <sup>-6</sup> ·L			
				7 µm				
				13 µm				
				50 µm				

<sup>19</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza"

Settore / Calibration field		(SLN-19) Macchine di misura uniassiali						
Strumento / Unità di formato Instrument / Scale interval	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range	Incertezza <sup>(20)</sup> Uncertainty		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
				$U_1$	$U_2$			
Macchine di misura per la taratura di comparatori <sup>(21)</sup>	0,01 μm	Errore di misura	Temperatura fino a 100 mm	(20,0 ± 0,5) °C	0,05 μm	$1,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$	Metodo interno. Taratura per confronto con interferometro laser	A, EXT
				(20,0 ± 1,0) °C	0,05 μm	$1,6 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20,0 ± 3,0) °C	0,06 μm	$3,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20,0 ± 5,0) °C	0,07 μm	$5,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20 ± 10) °C	0,07 μm	$11 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
	0,1 μm	Errore di misura	Temperatura fino a 100 mm	(20,0 ± 0,5) °C	0,08 μm	$1,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20,0 ± 1,0) °C	0,08 μm	$1,5 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20,0 ± 3,0) °C	0,08 μm	$3,2 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20,0 ± 5,0) °C	0,08 μm	$5,3 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20 ± 10) °C	0,08 μm	$11 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
	1 μm	Errore di misura	Temperatura fino a 100 mm	(20,0 ± 0,5) °C	0,61 μm			
				(20,0 ± 1,0) °C	0,62 μm			
				(20,0 ± 3,0) °C	0,70 μm			
				(20,0 ± 5,0) °C	0,60 μm	$2,4 \cdot 10^{-6} \cdot L$		
				(20 ± 10) °C	0,60 μm	$7 \cdot 10^{-6} \cdot L$		

(continua)

<sup>20</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

<sup>21</sup> Limitatamente a macchine che eseguono la compensazione termica.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Macchine di misura uniassiali" (SLN-19)

Strumento / Unità di formato <i>Instrument / Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(22)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
				<i>U<sub>1</sub></i>	<i>U<sub>2</sub></i>			
<i>(continua)</i>								
Macchine di misura uniassiali  Singoli assi di macchine di misura <sup>(23)</sup>	0,01 µm	Errore di misura	Temperatura	fino a 2000 mm	0,05 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L	Metodo interno. Taratura per confronto con interferometro laser	A, EXT
					0,05 µm	2,1·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,06 µm	3,9·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	6,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	12·10 <sup>-6</sup> ·L		
	0,1 µm	Errore di misura	Temperatura	fino a 2000 mm	0,07 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	2,1·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	3,9·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	6,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	12·10 <sup>-6</sup> ·L		
	1 µm	Errore di misura	Temperatura	fino a 2000 mm	0,65 µm	1,5·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	3,6·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	6,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	12·10 <sup>-6</sup> ·L		

*(continua)*

<sup>22</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

<sup>23</sup> Limitatamente a macchine che eseguono la compensazione termica.

(Continua) Area metrologica "Lunghezza" – Settore "Macchine di misura uniassiali" (SLN-19)

Strumento / Unità di formato <i>Instrument / Scale interval</i>	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni <i>Additional parameters</i>	Campo di misura <i>Measurement range</i>	Incertezza <sup>(24)</sup> <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura <i>Method / Procedure</i>	Sede <i>Location</i>	
				<i>U<sub>1</sub></i>	<i>U<sub>2</sub></i>			
(25)  Proiettori di profili (assi di movimentazione della tavola)  Presetter macchine utensili (assi di movimentazione lineare)	0,01 µm	Errore di misura	Temperatura	fino a 1000 mm	0,05 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L	Metodo interno. Taratura per confronto con interferometro laser	A, EXT
					0,05 µm	2,1·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,06 µm	3,9·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	6,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	12·10 <sup>-6</sup> ·L		
	0,1 µm	Errore di misura	Temperatura	fino a 1000 mm	0,07 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	2,1·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	3,9·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	6,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,07 µm	12·10 <sup>-6</sup> ·L		
	1 µm	Errore di misura	Temperatura	fino a 1000 mm	0,65 µm	1,5·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	1,8·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	3,6·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	6,0·10 <sup>-6</sup> ·L		
					0,60 µm	12·10 <sup>-6</sup> ·L		

Fine della tabella / End of annex

<sup>24</sup> L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti  $U_1$  e  $U_2$  indicate in tabella con la formula  $U_1+U_2$  ed è espressa con 2 cifre significative. Si indica con  $L$  la lunghezza nominale, espressa in micrometri.

<sup>25</sup> Limitatamente a macchine che eseguono la compensazione termica.